

	绍兴港峰医用用品有限公司		编号: GF/QRPG003
	ShaoXing GangFeng Hospital Products Co.,Ltd .		
	纱布理化指标检验报告		版本: 02
	Test Report		

订单号 Order number	品名 Commodity	规格Specification	批号 Batch No	检测依据 test gist	抽检数量 Sample Quantity	数量 Quantity
Sample	Gauze Bandages	40s/32×24 10cm×10m	/	EN14079: 2003	500pcs	500000pcs
序号	检验项目 Examination/Test for	指标要求 Requirements:	检测结果 Findings	判定Evaluation		
				OK	NO	
1	性状 Character	无臭、无味、柔软 Soft no badsmell	OK	√		
2	经纬密度 Filaments (warp, weft)	Warp: per 10cm 126± 6 Weft: per 10cm 114± 4	126 114	√ √		
3	白度 Whiteness	≥80°	82.9°	√		
4	尺寸 size	10cm×10m±0.5	10cm×10m	√		
5	平方米克重 weight per SQM	≥32g/m²	32.1g/m²	√		
6	吸水力 sinking time	≤10秒 (Sec)	3S	√		
7	荧光物 fluorescence	无 None	无	√		
8	水中可溶物 water-soluble substance	≤0.5%	0.34%	√		
9	醚中可溶物 Ether-soluble substances	≤0.5%	0.16%	√		
10	淀粉与糊精 Starch & dextrine	无 None	无	√		
11	表面活性物 Surface-active substances	≤2mm	无	√		
12	有色物质 Extractable Colouring matter	无 None	无	√		
13	酸碱度 Acidity & Alkalinity	中性 Medium	中性	√		
14	硫酸盐灰分 Sulphated ash	≤0.4%	0.17%	√		
15	干燥失重 Loss on drying	≤8%	5.9%	√		
结论Conclusion: 合格 Qualified						

检验员Cector: Fan Li Xiang
2022. 7. 8

审核人 Approved by : Jin Cai Feng
2022. 7. 9